



Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie trybie podstawowym bez negocjacji na: „*Sukcesywną dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, klipsów tytanowych, innych materiałów szewnych oraz jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego*” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 05/2022).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na mocy art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.03.2022r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2022r. do godz. 11:30.**

W konsekwencji powyższej zmiany w rozdz. XII SWZ zmianie ulega termin związania ofertą, tj. **termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (i upływa z dniem 26.04.2022 roku)**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

- Pytanie: (Dot. Pakietu VII poz. 3)** Czy w Pakiecie VII poz. 3 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 10/0 o długości 20 cm z dwoma igłami o grubości 140 mikronów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- Pytanie: (Dot. Pakietu VII poz. 5)** Czy w Pakiecie VII poz. 5 Zamawiający dopuści nici poliestrowe 5/0 niepowlekanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- Pytanie: (Dot. Pakietu VII poz. 7)** Czy w Pakiecie VII poz. 7 Zamawiający dopuści nici jedwabne 4/0 o długości 50cm z igłą o długości 13mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- Pytanie: (Dot. Pakietu VII poz. 8)** Czy w Pakiecie VII poz. 8 Zamawiający dopuści nici jedwabne 4/0 z igłą ostrą okrągłą o długości 14mm 3/8 koła?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 6)** Czy w Pakiecie VII poz. 6 Zamawiający dopuści nici jedwabne 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi o grubości 280 mikronów 5/16 koła?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII, Pozycji nr 1 szew wchłaniający się 56-90 dni oraz igłę szpatułkę o długości 2x6mm oraz średnicy 200µm i nici o długości 30cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie szwu wchłaniającego się 56-90 dni oraz igły szpatułki o długości 2x6mm oraz średnicy 200µm i nici o długości 30cm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII, Pozycji nr 2 szew wchłaniający się 56-90 dni oraz igłę szpatułkę o średnicy 240µm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie szwu wchłaniającego się 56-90 dni oraz igły szpatułki o średnicy 240µm, pozostałe parametry bez zmian.

8. **Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 4)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII, Pozycji nr 4 igłę szpatułkę o długości 2x6,4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły szpatułki o długości 2x6,4mm, pozostałe parametry bez zmian.

9. **Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 6)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII, Pozycji nr 6 igłę szpatułkę o średnicy 240µm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły szpatułki o średnicy 240µm, pozostałe parametry bez zmian.

10. **Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 12)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII, Pozycji nr 12 szew wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany kaprolaktonem i stearynianem wpania o czasie wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowe 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach oraz igłę szpatułkę o długości 2x6,4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie szwu wykonanego z kwasu poliglikolowego, powlekanego kaprolaktonem i stearynianem wpania o czasie wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowe 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach oraz igły szpatułki o długości 2x6,4mm, pozostałe parametry bez zmian.

11. **Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 13)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII, Pozycji nr 13 szew niewchłaniający, monofilamentowy, polipropylenowy, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie szwu niewchłaniającego, monofilamentowego, polipropylenowego, pozostałe parametry bez zmian.

12. **Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 5)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VIII, Pozycji nr 1 klipsy tytanowe do laparoskopii w rozmiarze M/L wraz z bezpłatnym użyczeniem klipsownicy na czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że klipsy tytanowe zostały opisane w Pakiecie VIII poz. 5 a nie jak wskazano w poz. 1. W związku z powyższym w Pakiecie VIII poz. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klipsów tytanowych do laparoskopii w rozmiarze M/L wraz z użyczeniem w ramach wartości zawartej umowy klipsownicy na czas trwania umowy.

13. **Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 8)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VIII, Pozycji nr 8 siatkę o gramaturze 37,8 g/m² w rozmiarze 12x15cm o zaokrąglonych bokach lub/i 15x15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie siatki o gramaturze 37,8 g/m² w rozmiarze 12x15cm o zaokrąglonych bokach lub/i 15x15cm, spełniającej pozostałe wymagania opisane w SWZ.

14. **Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 9)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VIII, Pozycji nr 9 siatkę o gramaturze 37,8 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie siatki o gramaturze 37,8 g/m², spełniającej pozostałe wymagania opisane w SWZ.

15. **Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 10)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VIII, Pozycji nr 10 siatkę o gramaturze 100 g/m², grubości 0,45mm, wielkości porów 1,1x1,1mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

16. **Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 12)** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VIII, Pozycji nr 12 lejce naczyniowe poliamidowe o grubości 2mm, 4mm, 6mm (do wyboru przez Zamawiającego) o długości 75cm, w kolorach biały, zielony, niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie lejcy naczyniowych poliamidowych o grubości 2mm, 4mm, 6mm (do wyboru przez Zamawiającego) o długości 75cm, w kolorach biały, zielony, niebieski.

17. **Pytanie: (Dot. Pakiet I poz. 10)** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3x45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych w op. a'3 szt. x45cm w saszetce. W takiej sytuacji należy wycenić 1824 saszetek po 3 szt.

18. **Pytanie:** (Dot. Pakiet III poz. 1) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej kosmetycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

19. **Pytanie:** (Dot. Pakiet III poz. 4) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie szwu z nicią o długości 75cm.

20. **Pytanie:** (Dot. Pakiet III poz. 4) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą o długości 37mm lub 39mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie szwu z igłą o długości 37mm lub 39mm.

21. **Pytanie:** (Dot. Pakiet III poz. 4) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nicią o długości 90cm i igłą o długości 24mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

22. **Pytanie:** (Dot. Pakiet III poz. 7) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą o długości 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

23. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VII poz. 2) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o grubości 300 mikronów ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły o grubości 300 mikronów.

24. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VII poz. 4) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły szpatuły podwójnej bez określenia „mikro-point”?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły szpatuły podwójnej bez określenia „mikro-point”.

25. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VII poz. 4) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły szpatuły 6,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły szpatuły 6,4mm.

26. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VIII poz. 8, 9) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VIII, poz. 8, 9: Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość 0,32 mm, gramatura 30 g/m², porowatość max 2,31 mm, w rozmiarach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie siatki lekkiej, polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej, grubość 0,32 mm, gramatura 30 g/m², porowatość max 2,31 mm, w rozmiarach zgodnych z SWZ.

27. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VIII poz. 10) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VIII, poz. 10: Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, grubość 0,40 mm, gramatura 48 g/m², wielkość porów średnia 1,95 mm, w rozmiarze zgodnym z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie siatki lekkiej, polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej, o dwukierunkowej elastyczności, grubość 0,40 mm, gramatura 48 g/m², wielkość porów średnia 1,95 mm, w rozmiarze zgodnym z SWZ.

28. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VIII poz. 14) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VIII, poz. 14: Siatkę kompozytową wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,62 mm, gramatura średnia 108 g/m², wielkość porów średnia 0,67 mm, max 1,36 mm, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarach:

poz. a) - 11 x 14 cm bez zaokrąglonych brzegów,

poz. b) - 14 x 18 cm,

poz. c) - 20x25 cm,

poz. d) - 30x30 cm,

poz. e) - 25x35 cm,

poz. f) – koło o \varnothing 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanej powyżej siatki.

29. **Pytanie: (Dot. Pakiet II)** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku substancji antybakteryjnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
30. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą bez określenia „mikrograwerowana”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
31. **Pytanie: (Dot. Pakiet IV)** Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku polietylenu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
32. **Pytanie: (Dot. Pakiet V poz. 1-5, 22, 23)** Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
33. **Pytanie: (Dot. Pakiet V poz. 6-14)** Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, monofilamentowe (wchłaniające się w czasie 90-120 dni), o okresie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
34. **Pytanie: (Dot. Pakiet V poz. 15-21)** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
35. **Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 5)** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez tubek winylowych? W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie materiału szewnego bez tubek winylowych.
36. **Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 6)** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o przekroju 200 μ m?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
37. **Pytanie: (Dot. Pakiet VII poz. 12)** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 6,5 mm oraz o przekroju 220 μ m?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
38. **Pytanie: (Dot. Pakiet VI poz. 13)** Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku polietylenu?
Odpowiedź: Zamawiający nie może odnieść się do niniejszego pytania, ponieważ Pakiet VI składa się jedynie z 9 pozycji.
39. **Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 10)** Czy można zaoferować siatkę o gramaturze ok. 37g/m² i powierzchni porów ok. 3mm², pozostałe parametry zgodnie z swz?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie siatki o gramaturze ok. 37g/m² i powierzchni porów ok. 3mm², spełniającej pozostałe wymagania opisane w SWZ.
40. **Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 11)** Czy zamawiający wyrazi zgodę na siatkę polipropylenową, makroporową, której rozmiar pora podany jest w mm² i wynosi 4,5 mm², o ciężarze 60-85 g/m², do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej - niebieski znacznik. Siatka o anatomicznym kształcie odrębna na prawą i lewą stronę. Siatka dzięki użytemu splotowi i grubości włókien 0.16 mm i 0.08 mm (znacznik) jest plastyczna i dopasowuje się do struktur anatomicznych. Rozmiar S/M 14,5x 11,5 cm, L- 16,5 x 11,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanej powyżej siatki.
41. **Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 15 a, b, c)** Czy zamawiający wyrazi zgodę na siatkę polipropylenową, makroporową, której rozmiar pora podany jest w mm² i wynosi 4,5 mm², o ciężarze 60-85 g/m², do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej - niebieski znacznik. Siatka o anatomicznym kształcie odrębna na prawą i lewą stronę. Siatka dzięki użytemu splotowi i grubości włókien 0.16 mm i 0.08 mm (znacznik) jest plastyczna i dopasowuje się do struktur anatomicznych. Proponowana siatka w rozmiarze S/M 14,5x 11,5cm dla poz. a i b; rozmiarze L- wymiary 16,5 x 11,5cm dla poz. c?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

42. **Pytanie: (Dot. Pakiet II)** Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści nici syntetyczne, plecione, kopolimer 90% glikolidu i 10% l-laktydu, powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (50%), Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia (50%), okres wchłaniania 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dnia bez wymogu powleczenia dodatkową substancją antybakteryjną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

43. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 8)** Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 8 dopuści igłę okrągłą haczykową „J” ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły okrągłej haczykowej „J”, spełniającej pozostałe wymagania opisane w SWZ.

44. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 1)** Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 1 dopuści igłę kosmetyczną odwrótnie tnącą PRIME(dwuwkłęśną)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

45. **Pytanie: (Dot. Pakiet IX poz. 1)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, linia koagulacji dł. 17.3 mm, linia cięcia dł. 15.2 mm, przeznaczonego do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19cm, szczęki wygięte, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych, z zastrzeżeniem, że w/w narzędzie będzie kompatybilne z generatorem Voyant, Valleylab Forcetriad lub innym generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy).

46. **Pytanie: (Dot. Pakiet IX poz. 2)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego narzędzia z systemem zamykania naczyń oraz z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość przyplaszczonego obustronnie trzonu - 18cm, zakrzywione bransze w kształcie disektora, długość bransz 36mm, długość cięcia 34mm, rotacja trzonu 180°, aktywacja ręczna?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej jednorazowego narzędzia z systemem zamykania naczyń, z zastrzeżeniem, że w/w narzędzie będzie kompatybilne z generatorem Voyant, Valleylab Forcetriad lub innym generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy).

47. **Pytanie: (Dot. Pakiet IX poz. 3)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, linia koagulacji dł. 20.3 mm, linia cięcia dł. 18.5 mm, przeznaczonego do zabiegów laparoskopowych o dł. 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki lekko zagięte typu Maryland?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych, z zastrzeżeniem, że w/w narzędzie będzie kompatybilne z generatorem Voyant, Valleylab Forcetriad lub innym generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy).

48. **Pytanie: (Dot. wzoru umowy)** Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- 49. Pytanie: (Dot. wzoru umowy § 6 pkt 2)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie zobowiązań przez Zamawiającego w ciągu 60 dni ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 50. Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 8)** Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji: Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. Miękka, łatwo dopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,46 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 1,22 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 51. Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 10)** Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji: Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. Miękka, łatwo dopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,46 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 1,22 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar 30,5x30,5 cm.
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie opisanej powyżej siatki.
- 52. Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 15b)** Czy Zamawiający dopuści w pozycji b rozmiar 10,3x15,7 cm , pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie siatki w rozmiarze 10,3x15,7 cm, pozostałe parametry bez zmian.
- 53. Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 4)** Czy Zamawiający w zad. 8, poz. 4, dopuści oryginalne klipsy polimerowe Hem-o-lok, do laparoskopii, duże. Kompatybilność klipsów z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą 0301-04XLE potwierdzona oświadczeniem producenta?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie oryginalnych klipsów polimerowych Hem-o-lok, do laparoskopii, dużych, których kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą jest potwierdzona oświadczeniem producenta.
- 54. Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 5)** Czy Zamawiający w zad. 8, poz. 5, dopuści oryginalne klipsy tytanowe Horizon, do laparoskopii, średnioduże. Kompatybilność klipsów z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą 0301-07MLE potwierdzona oświadczeniem producenta?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie klipsów tytanowych Horizon, do laparoskopii, średniodużych, których kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą jest potwierdzona oświadczeniem producenta.
- 55. Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 4 i 5)** W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz. 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 8 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramienno-głowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach nie wymaga, ale dopuszcza zaferowanie klipsów klasy III.
- 56. Pytanie: (Dot. Pakiet VIII poz. 4 i 5)** Zwracamy się z prośbą w zad. 8, o możliwość zastosowania papierowej części blistera (magazynek), która zawiera wszystkie wymagane ustawowo informacje (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie VIII poz. 4 i 5 dopuszcza zaoferowanie klipsów z papierowa częścią blistra (magazyunku), która zawiera wszystkie wymagane ustawowo informacje (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.).

57. **Pytanie:** (Dot. Pakiet V poz. 4) Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie V poz. 4 igłę odwrótnie tnącą 30mm?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły odwrótnie tnącej 30mm.
58. **Pytanie:** (Dot. Pakiet V poz. 12) Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie V poz. 12 nić o długości 70mm?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie nici o długości 70mm.
59. **Pytanie:** (Dot. Pakiet V poz. 15) Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie V poz. 15 igłę okrągłą trokarową 30mm?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły okrągłej trokarowej 30mm.
60. **Pytanie:** (Dot. Pakiet I poz. 14) Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie I poz. 14 igłę okrągłą z tępym końcem długości 50mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie może odnieść się do niniejszego pytania, ponieważ Pakiet I składa się jedynie z 10 pozycji.
61. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VII poz. 1) Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 203 mikrony, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły o średnicy 203 mikrony, pozostałe parametry bez zmian.
62. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VII poz. 2) Czy Zamawiający dopuści igłę bez mikroostrza, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły bez mikroostrza, pozostałe parametry bez zmian.
63. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VII poz. 3) Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 152 mikrony, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły o średnicy 152 mikrony, pozostałe parametry bez zmian.
64. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VII poz. 7) Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 6/0 i długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
65. **Pytanie:** (Dot. Pakiet VII poz. 8) Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie igły 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian.

*p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ lek. med. Kamil Szyszow*